MULTI-ANALYTE QC STATISTICS CALCULATOR

< Replace with Name of Laboratory >

Description: INSTRUMENT XT-1800i PRECISION STUDIES
CONTROL SYSMEX L-1, LOT 10050810 CLOSED MODE

WBC	RBC	HGB	HCT	MCV	PLAT		
3.17	2.26	5.6	17.1	75.7	62		
3.02	2.29	5.6	17.3	75.5	57		
2.94	2.28	5.6	17.3	75.9	60		
3.01	2.28	5.6	17.3	75.9	62		
2.90	2.26	5.7	17.1	75.7	57		
3.00	2.27	5.7	17.3	76.2	60		
2.91	2.24	5.7	17.0	75.9	61		
3.09	2.28	5.7	17.4	76.3	52		
3.03	2.24	5.6	17.4	76.3	62		
3.02	2.28	5.7	17.1	76.3	58		

N =	10	10	10	10	10	10		
MEAN =	3.01	2.27	5.65	17.23	75.97	59.10		
1SD =	0.08	0.02	0.05	0.14	0.29	3.18		
CV% =	2.71	0.77	0.93	0.82	0.38	5.38		
-2SD =	2.85	2.23	5.54	16.95	75.39	52.74		
+2SD =	3.17	2.30	5.76	17.51	76.55	65.46		
	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset	Reset

Comments: CV% ARE WITHIN MANUFACTURER'S ALLOWABLE LIMITS.
CONTROL VALUES ARE WITHIN INSERT LIMITS.

Reset All

7/14/2015

Analyst: MaryAnn

©2007-2015, SmartLabTools™
Daniel W. Leighton, MT(ASCP), CLB